



BIOTESIOMETRIA (BT) NELLO SCREENING DEI DEFICIT ERETTILI NEUROGENI

Data 30 marzo 1998
Categoria andrologia

La BT è una metodica semplice e non invasiva utile per una prima determinazione della sensibilità pallestesica peniena. Un apposito apparecchio vibrante (Bio-Thensiometer) viene appoggiato su diverse superfici corporee del paziente procedendo quindi ad un progressivo innalzamento dell'ampiezza vibratoria fino a che il paziente segnala la percezione dello stimolo. Nel deficit erettile i punti indagati sono rappresentati dai polpastrelli degli indici, bilateralmente, dalle superfici laterali, dorsali e ventrali del pene, dalla superficie glandulare. Un confronto con un apposito normogramma permette di evidenziare deficit sensitivi indici di probabile compromissione neurogena. E' possibile una verifica mediante l'esame dei potenziali evocati somatoestesici del nervo dorsale del pene.

Fonte: Letizia e al.- Rivista di sessuologia vol.20 n.1