BIOTESIOMETRIA (BT) NELLO SCREENING DEI DEFICIT ERETTILI NEUROGENI

Data 30 marzo 1998
Categoria andrologia

La BT è una metodica semplice e non invasiva utile per una prima determinazione della sensibilità pallestesica peniena. Un apposito apparecchio vibrante (Bio-Thensiometer) viene appoggiato su diverse superfici corporee del paziente procedendo quindi ad un progressivo innalzamento dell'ampiezza vibratoria fino a che il paziente segnala la percezione dello stimolo. Nel deficit erettile i punti indagati sono rappresentati dai polpastrelli degli indici, bilateralmente, dalle superfici laterali, dorsali e ventrali del pene, dalla superficie glandulare. Un confronto con un apposito normogramma permette di evidenziare deficit sensitivi indici di probabile compromissione neurogena. E` possibile una verifica mediante l'esame dei potenziali evocati somatoestesici del nervo dorsale del pene.
Fonte: Letizia e al.- Rivista di sessuologia vol.20 n.1

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 2/11/2026 alle ore 6:10 | Pagina 1 di 1